

事 務 連 絡
平成 22 年 8 月 16 日

社団法人 日本麻酔科学会 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について（平成 22 年 7 月 26 日薬食発 0726 第 3 号厚生労働省医薬食品局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課あて連絡したので御了知をお願いいたします。



事 務 連 絡
平成 22 年 8 月 16 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について（平成 22 年 7 月 26 日薬食発 0726 第 3 号厚生労働省医薬食品局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、下記のとおり差し替え訂正方よろしくお願いいたします。

記

1. 別紙「製造販売業者等により回収が行われた製品」訂正（下線部修正）

誤	正（下線部修正）
株式会社アネス	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u>
TEL:04-2960-1820	<u>品質保証・安全総括部 品質保証部</u> <u>TEL:078-992-1404</u>

※同社の事業統合による。

2. 1. の訂正については、別紙訂正資料も参考にされたいこと。

【別紙】

製造販売業者等により回収が行われた製品

製造販売業者等	製品名	連絡先	今回の確認(平成20年11月～平成22年7月)による回収数量	【参考】平成13年当時の自主回収	
				回収クラス分類	回収数量
五十嵐医科工業 (平成20年11月に回収命令)	① ORジャクソンリースセット	五十嵐医科工業株式会社 担当(安全管理責任者 五十嵐) TEL:03-3812-6101	342	クラスⅠ	423
	② Bスイムジャクソンリースセット		792		3,867
アコマ医科工業 (平成20年12月に回収命令)	「アコマ麻酔機PRO」の付属品であるジャクソンリース小児用麻酔回路	アコマ医科工業株式会社 担当(安全管理部 早川) TEL:03-3811-4151	73	クラスⅠ	497
<u>エア・ウォーター防災株式会社</u> (過去の輸入業者アイカ、販売業者アネス)	デュパコ社製ノーマンマスキエルボ	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u> <u>品質保証・安全総括部 品質保証部</u> <u>TEL:078-992-1404</u>	97	クラスⅡ	209
小林製薬 (アトムメディカル株式会社より承継)	ジャクソンリース蘇生回路のうち垂直型エルボーを有する製品	小林製薬株式会社 小林メディカルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL:06-6222-6606	39	クラスⅡ	1,364

※ いずれの製品も現在は販売されていない。